

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1)

Akreditasyon Kapsamı

 Kalibrasyon TS EN ISO/IEC 17025 AB-0009-K	<b>PAKKENS A.Ş.</b> <b>Kalibrasyon Laboratuvarı</b>	
	Akreditasyon No: AB-0009-K Revizyon No: 04 Tarih: 16-Haziran-2009	
<b>Kalibrasyon Laboratuvarı</b>		
<b>Adresi :</b> Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cadde No:20 16159 BURSA / TÜRKİYE	<b>Tel</b> : 0 224 243 16 50 <b>Faks</b> : 0224 243 35 91 <b>E-Posta</b> : kalite@pakkens.com.tr <b>Website</b> :www.pakkens.com.tr	

Ölçüm Büyüklüğü Kalibre edilen Cihazlar	Ölçüm Aralığı	Ölçüm Şartları	En iyi ölçüm Kapasitesi (Genişletilmiş Ölçüm Belirsizliği k=2) ( $\pm$ )	Açıklamalar
Basınç Relatif Basınç	-0,004MPa ile -0,1MPa arası	Gaz	3 Pa + 3,7·10 <sup>-4</sup> Pr	Pr:Uygulanan Relatif Basınç Değeri  Euromet/cg-17/v.01, DKD-R 6-1 ve TS/EN 837 dökümanları referans alınarak hazırlanmış kalibrasyon prosedürleri
	0,0015MPa ile 0,1MPa arası	Gaz	3 Pa + 3,7·10 <sup>-4</sup> Pr	
	0,02MPa ile 2,5MPa arası	Gaz	30Pa+3,9·10 <sup>-4</sup> Pr	
	0,2 MPa ile 7,5 MPa arası	Hidrolik	100 Pa + 3,9·10 <sup>-4</sup> Pr	
	1 MPa ile 110 MPa arası	Hidrolik	750Pa + 3,9·10 <sup>-4</sup> Pr	

KAPSAM SONU



**Ali BOĞA**  
Yönetim Kurulu Başkanı





**Emre SEZER**  
Genel Sekreter